

## MRI検査を受ける患者さんへ

MRI検査は強い磁石と電磁波を用いる検査です。金属を含む物を身に着けたまま検査をすると磁力によって装置に引き込まれたり、電磁波によって発熱し、火傷をする恐れがあります。安全に検査を行うために以下の点を必ずご確認ください。

### ■ 体内に以下のような金属・機器がある方は必ず申し出て下さい。

#### ●心臓ペースメーカー、除細動器の類、人工内耳、義眼(磁気)、神経刺激装置

☞ 当院では検査を受けることができません。

#### ●脳動脈瘤クリップ

☞ 留置した時期(材質)によっては検査を受けることができません。

#### ●歯科インプラント※磁石式のもの

☞ 磁石式のインプラントがある場合、原則検査を受けることができません。

#### ●体内金属(手術で体内に金属を入れた方、ケガ等で体内に金属異物がある方)

☞ 金属の種類、異物のある位置によっては検査を受けることができません。

### ■ 検査直前に身に着けている以下のようなものを外していただきます。

可能であれば身に付けずにお越し下さい。

化粧、日焼け止め、制汗剤、整髪料、ネイルアートはしないようにお願いします。

☞ 肌・髪につけるもので、金属成分が含まれている場合、火傷の原因となります

☞ 電子機器、磁気カード類は機器やカードの破損の原因となります

☞ 髪につける金属成分のあるものは、MRI装置の故障の原因となります

#### ●化粧など（日焼け止め、制汗剤、化粧水・乳液、ファンデーション、眉、アイシャドー、アイライン、マスカラ、口紅）

#### ●整髪料（ヘアスプレー、ワックス、ジェル、ヘアリキッド、ポマード）

#### ●アクセサリー(ネックレス・ピアス・イヤリング、指輪※とくに外せないもの)

#### ●針、磁気治療（磁気ネックレス、置き針（針治療）、エレキバン）

#### ●貼るもの・塗るもの(カイロ、エレキバン、湿布、貼り薬、軟膏)

#### ●ネイルアート（マグネットネイル、ジェルネイル、マニキュア）

#### ●衣類の素材(ボタン・チャック金具のある衣類、発熱性素材（ヒートテック）)

#### ●その他(ヘアピン、めがね、コンタクトレンズ、入れ歯、カギ)

#### ●機械・磁気やICカード（携帯電話、キャッシュカード、駐車券、運転免許証など）

#### ●【注意】金属成分（増毛パウダー、ヘアマスカラ（即席の部分白髪染め）、ヘアカラーズプレー）

★当院で販売しています(ご自身のものを使っていただいて構いません)

コンタクトレンズケース + 洗浄液 :100円                      メイクおとし : 50円

秋田メモリアル・わたなべクリニック TEL : 018-838-7765 〒010-0041 秋田市広面字鍋沼12-1